

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREFEITURA DE JOÃO MOLEVADE

### PREGÃO ELETRONICO 15/2022

A Empresa Fresenius Kabi Brasil, vem através de seu setor de licitações, motivada pelo interesse em participar do certame, todavia, ao analisarmos as informações do Edital, contidas no descritivo, verificamos que possuímos produtos que podem atender às exigências do descritivo, porém há algumas ressalvas. Os itens referentes ao edital, quanto ao seus dizeres, encontram-se de maneira clara e objetiva, mas algumas características do descritivo podem ser revistas afim de uma maior abrangência de produtos, contribuindo para uma maior competitividade dentro do certame. Vejamos:

Para os **itens 15 , 16, 17, 18 E 21** - *Solicta (Sistema Aberto)* os produto que gostaríamos de cotar **RECONVAN, FRESUBIN ORIGINAL, FRESUBIN ENERGY, FRESUBIN ORIGINAL FIBRE E DIBEN 1.0** respectivamente apresentam embalagem EASY BAG, adaptável para sistema aberto com uso de um bico dosador/fracionador, que acoplado a embalagem e permite o fracionamento das dietas, da mesma forma que um sistema aberto, diminuindo o risco de contaminação microbológica. SEM GERAR ônus para o município, sendo o mesmo BONIFICADO, sem causar riscos para os pacientes.

Essa dispensação no frasco ocorre até de forma mais fácil com esse sistema, pois o fracionador presente na nossa embalagem direciona o jato no frasco, sem necessidade do uso de funis, ou qualquer acessório. Frise-se que a embalagem em sistema fechado é um produto totalmente estéril e muito mais seguro para o uso em domicílio onde, não há controle sobre as condições mínimas de higiene para manipulação dos utensílios e da manipulação da NE.

As figuras abaixo mostram a praticidade deste sistema:



#### **Podemos cotar nossos produtos?**

Solicito, em tempo, confirmação de que será aceito os produtos citados, a fim de ampliar a competitividade do pregão, sem alterar o andamento do processo.

Esta atitude, de prestar o esclarecimento, possibilita que um número maior de licitantes, possa oferecer suas propostas, aumentando a competitividade, sem prejuízo para a administração pública. Desta forma, a Instituição terá melhores custos/benefícios, já que obterá de fato propostas mais vantajosas e em condições de igualdade, poder oferecer nossos produtos para concorrência e ao referido certame.

**Assunto:** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITENS 15, 16, 17, 18 E 21 - PE 15/2022 - FRESENIUS KABI  
**De:** St. Licitações - Div. Compras - Pref. J. Monlevade <licitacoes@pmjm.mg.gov.br>  
**Data:** 21/02/2022 09:02  
**Para:** Ana Abreu <ana.abreu@fresenius-kabi.com>

Bom dia,

Segue retorno da área requisitante.

Venho através deste responder ao questionamento referente aos itens: 15,16,17,18 E 21,

Embalagem (Sistema Aberto /Sistema Fechado adaptado Sistema Aberto);

Em termo da legislação citadas conforme “RESOLUÇÃO RCD N 63 e 06 de julho de 2000, o sistema fechado necessita de bomba de infusão para sua utilização e para o paciente domiciliar em uso de dieta enteral utiliza-se o sistema aberto”. O que são analisados e avaliados neste processo para a Administração de Dietas em Sistema Aberto que a embalagem de acondicionamento do produto apresente a garantia da qualidade e segurança do conteúdo mantendo a conservação do alimento, respeitando o prazo de validade, sem alterações das características organolépticas (sabor, cor, textura e consistência) e rigoroso critério de controle microbiológico na manipulação e administração do conteúdo não causando danos aos usuários (pacientes).

O descritivo do Edital do Processo Licitatório N° 15/2022 com a embalagem (Sistema Aberto) em administração de dietas domiciliar; prezou pela praticidade do paciente e a utilização do fracionado na embalagem “Easybag” sugerida; pela Empresa; Fresenuis Kabi Brasil denota vários cuidados de administração da dieta no frasco.

Questões que comprometem a garantia da qualidade e segurança exigindo mais manipulação do cuidador para a esvaziamento; da dieta; na bolsa, principalmente, no processo de rosquear completamente o dispositivo no orifício (acesso), para utilização em Sistema Fechado adaptado para o Sistema Aberto. A embalagem solicitada no descritivo do Processo Licitatório é para administração de Dietas em SISTEMA ABERTO. Sem qualquer impedimento que possa dificultar a administração do produto diretamente no frasco, sem muita manipulação pelo cuidador, maior praticidade, mais fácil o seu manuseio e armazenamento em domicílio.

Sendo assim, as descrições permanecem inalteradas para o Itens 15,16,17,18 E 21 (Sistema Aberto) mantendo o descritivo do edital. A Marca FRESENIUS com a apresentação da Embalagem em Bolsa (EASYBAG) para Sistema Fechado adaptado para o Sistema Aberto fica indeferida. É de suma importância destacar que o descritivo destes itens não está fechado para uma determinada marca.

Portanto, o princípio da livre concorrência não está sendo violado.

At.te

Carmem

Pregoeira

Em 17/02/2022 21:11, Sirlene Xavier escreveu:

Boa noite, segue anexado resposta ao questionamento referente aos itens: 15, 16, 17, 18 e 21.  
Att; Sirlene Xavier.

Em quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 08:25:12 GMT-3, St. Licitações - Div. Compras - Pref. J. Monlevade <[licitacoes@pmjm.mg.gov.br](mailto:licitacoes@pmjm.mg.gov.br)> escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ITENS 15, 16, 17, 18 E 21 - PE 15/2022 - FRESENIUS KABI

**Data:** Thu, 17 Feb 2022 11:20:50 +0000

**De:** Ana Abreu <[ana.abreu@fresenius-kabi.com](mailto:ana.abreu@fresenius-kabi.com)>

**Para:** [licitacoes@pmjm.mg.gov.br](mailto:licitacoes@pmjm.mg.gov.br) <[licitacoes@pmjm.mg.gov.br](mailto:licitacoes@pmjm.mg.gov.br)>

**CC:** Fernanda Chow <[fernanda.chow@fresenius-kabi.com](mailto:fernanda.chow@fresenius-kabi.com)>

Prezados Srs.  
Bom dia,

Envio anexo pedido de esclarecimento referente aos itens 15, 16, 17, 18 e 21 do Pregão Eletrônico 15/2022.

Solicito a gentileza de confirmar o recebimento.

Aguardo retorno.  
Obrigada.

Atenciosamente / Kind regards / Freundliche Grüße,

**Ana Flavia Santos Abreu**  
**Analista de Licitação Jr**  
**Licitações**

Fresenius Kabi Brasil  
Avenida Marginal Projetada, nº 1.652, Tamboré  
06460-200 Barueri/SP  
P (11) 2504-1662  
[ana.abreu@fresenius-kabi.com](mailto:ana.abreu@fresenius-kabi.com)  
[www.fresenius-kabi.com.br](http://www.fresenius-kabi.com.br)

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, incluindo todos os seus anexos, é confidencial, dirigindo-se exclusivamente ao(s) respectivo(s) destinatário(s). A informação nela constante não deverá ser utilizada para outros fins nem, por qualquer meio, divulgada a terceiros. Se você recebeu esta mensagem por engano, agradecemos que avise de imediato o remetente e que proceda à eliminação definitiva da informação recebida. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O remetente não pode garantir a segurança da transmissão de informação por via eletrônica, não se responsabilizando por qualquer erro, omissão ou imprecisão em que incorra através do conteúdo da presente mensagem.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, including all its attached files, is confidential and intended solely to whom it is addressed. Therefore, the information contained herein is not to be used for any other given purpose or disclosed to third parties. If you are not the intended recipient, we kindly request you to notify the sender and promptly delete all received information. DISCLAIMER: The sender of this message cannot guarantee the security of its transmission and consequently does not accept liability for any error, omission, or integrity issue related to this message.