



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 73/2019

PROCESSO Nº. 489/2019

ATA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO FEIXE ULTRASSÔNICO

Face a condicionante imposta à empresa HEALTH SANTA LUZIA LTDA.-EPP, quanto a necessidade de comprovação da profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, em consonância com os requisitos do edital, a empresa encaminhou no dia 20/12/2019 resposta técnica emitida pela empresa fabricante “Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.” informando as características técnicas do equipamento objeto da licitação (Detector Fetal Portátil – Marca MD – FD 200d) demonstrando além de outras características, a profundidade do feixe ultrassônico do transdutor de 50 mm a 200mm. Este documento foi enviado ao setor técnico responsável para a devida análise juntamente a um aparelho exemplar do referido aparelho. Em resposta, ficou esclarecido que a profundidade máxima do feixe ultrassônico do aparelho marca MD é de no máximo 200mm, concluindo pelo entendimento ao exigido no edital (200 mm), além de manifestação verbal de dois médicos obstetras da rede pública municipal que utilizaram o aparelho atestando pelo atendimento às especificações exigidas. Assim esta Pregoeira, classifica à referida empresa o item ao valor final unitário de R\$ 11.060,00. Nada mais havendo a relatar, para fins de publicidade dos atos e ocorrências praticados, será afixada cópia desta ata no Quadro de Avisos hall de entrada da Prefeitura Municipal de João Monlevade e encaminhado email aos licitantes participantes da sessão.

ÉRICA MÁRCIA RABELO SILVA ARAÚJO

Pregoeira Oficial