

Assunto: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

De: "Teixeira Varjao, Franciele" <francieleteixeira.varjao.ext@siemens-healthineers.com>

Data: 13/07/2022 11:50

Para: "pregao@pmjm.mg.gov.br" <pregao@pmjm.mg.gov.br>, "licitacao@pmjm.mg.gov.br" <licitacao@pmjm.mg.gov.br>

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2022

PROCESSO N.º 403/2022

OBJETO: Aquisição de APARELHO DE RAIOS X – FIXO DIGITAL E IMPRESSORA DE FILMES RADIOLÓGICOS, em atendimento ao Centro de Apoio Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Monlevade.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2022 vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

Solicita o edital: Alimentação elétrica trifásica 220/380 volts- 50/60 Hz

Argumento Técnico: Informamos ao órgão que o equipamento ofertado pela empresa Siemens Healthineers apresenta rede (tensão de alimentação) trifásico com apenas uma opção de alimentação, a saber, 380 V. Além do mais, caso o órgão solicite tensão de alimentação de 220V, a empresa Siemens Healthcare oferece o trafo em sua configuração. Sendo assim, entendemos que com a solicitação de alimentação trifásica de 220/380V – 50/60 Hz, o órgão solicita equipamentos que operem em 220 V ou 380 V e não necessariamente nas duas tensões. Estamos corretos nesse entendimento?

Solicita o edital: Detector (...) adaptável aos equipamentos de raios X analógicos sem que haja necessidade de alteração; Adaptável em qualquer sistema “bucky” para que não necessite alterações no sistema de raios X.

Argumento Técnico: Informamos que a Siemens garante o perfeito funcionamento do sistema de digitalização no equipamento ofertado, não sendo possível garantir que será possível para sistemas de outros fornecedores. Uma vez que a aquisição é conjunta, entendemos que atendemos a necessidade do órgão e não seremos desclassificados. Estamos corretos?

Solicita o edital: Ferramenta de análise de produção de imagens com análise de rejeição e possibilidade de exportação em arquivo Excel (xls)

Argumento Técnico: Informamos que o equipamento ofertado pela Siemens possui software com marcação de imagens rejeitadas e o motivo da rejeição, para que seja possível realizar análise do desempenho, mas que a exportação para Excel não é possível. Uma vez que essa característica em nada prejudicará o órgão, mas barrará a participação de empresas do certame, solicitamos que o trecho seja retirado do descritivo. Estamos de acordo?

Solicita o edital: Possibilidade de manipulação pelo usuário de Latitude, Contraste e Brilho independentemente

Argumento Técnico: Informamos que o equipamento ofertado pela Siemens possui software com ajuste de contraste e brilho independentemente, não sendo possível o ajuste de latitude. Consideramos que tais funcionalidades já são suficientes para atender à demanda clínica do órgão e que, portanto, não seremos desclassificados do certame. Estamos corretos nesse entendimento?

2. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO:

Solicita a convocação: O fornecimento dos equipamentos deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo contratado e acatado pelo Município

Informamos que o equipamento de Raio X fixo digital é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o equipamento de Raio X fixo digital possui partes e peças de procedência estrangeira, tendo em vista que o mesmo não poderá ser atendido por

nenhuma das empresas que, ofertem equipamentos importados. Sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

3. QUANTO À CONDIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA:

Solicita a convocação: Substituir as suas expensas, todo produto em que se verificarem danos em decorrência do transporte, com inadequação de conteúdo, fora das marcas cotadas ou outros que caracterizem descumprimento das condições licitadas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente

Informamos que caso os equipamento apresentem defeitos durante o prazo de garantia, os mesmos serão devidamente **reparados** e não substituídos.

Não faz sentido a substituição imediata do equipamento quando da apresentação de falhas; para tanto, há o prazo de garantia do equipamento.

Ainda, os equipamentos médicos são complexos, de grande porte, com partes e peças de procedência estrangeira e fabricados sob demanda, o que prejudica a logística de substituição e entrega de novos dispositivos.

Ressaltamos que a substituição dos equipamentos ocorrerá apenas em última instância; sendo aplicável somente nos casos em que se realmente constate a impossibilidade de reparo ou quando o equipamento for entregue em desacordo com as especificações do edital.

Caso seja, de fato, necessário a substituição do equipamento, o prazo necessário para tanto será de 90 (noventa) dias, considerando que este equipamento é fabricado sob demanda, para atender especificamente as exigências do edital, e, portanto, não há estoque para pronta entrega.

4. QUANTO A NECESSIDADE DE MANUAL DE SERVIÇO/TÉCNICO:

O edital solicita: 6.1.2. A entrega dos equipamentos constando: Dados de identificação e procedência, fabricação, validade, número de lote e número do Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – ANVISA, documento de garantia, manual técnico do usuário em idioma português: (manual de operação, de serviços, esquemas eletrônicos, procedimentos de aferição, calibração (se houver) e de manutenção preventiva).

Informamos que o equipamento de Raio X fixo digital acompanha o Manual de Operação (ANVISA), cujo conteúdo contempla todas as instruções necessárias para a correta operação do equipamento, indicação das principais partes, bem como suas dimensões, características, condições ideais para instalação, limpeza e desinfecção, informação sobre mensagens de erro do sistema e resolução de problemas básicos.

Entendemos que os manuais de serviço e técnico possuem informações como "vista explodida" e "esquemas" são de propriedade intelectual da Siemens, e seu compartilhamento pode representar sérios riscos para a Administração, seus funcionários e pacientes, quando utilizadas sem o devido controle.

Além disso, a Siemens prestará assistência técnica contra qualquer tipo de defeito ou falha que ocorra durante o período de garantia do equipamento, resguardando a Administração no que diz respeito ao correto funcionamento do equipamento.

Podemos entender que a Siemens atende a necessidade da Administração, solicitada em edital, com o exposto acima?

5. QUANTO A ASSINATURA DA PROPOSTA:

Diante do surto pandêmico do COVID-19 em território nacional e considerando que a situação de contágio tomou proporções relevantes, a Siemens Healthineers, assim como várias outras empresas, por medida preventiva, está adotando o sistema de home office para todos os funcionários, a título de quarentena, o que dificultará a coleta de assinaturas em propostas, bem como envio de documentos originais/autenticados nos processos licitatórios.

Desta forma, solicitamos que para as licitações sejam aceitos documentos enviados em *pdf* por email, bem como propostas e declarações assinadas com assinatura eletrônica.

Caso seja aceita esta sugestão, a Siemens Healthineers se compromete a, passado este período de quarentena, enviar a via física dos documentos originais devidamente assinados (quando for o caso) e ou as cópias autenticadas em Cartório.

Em última instância, caso V. Sas. entendam não ser possível atender a solicitação acima, solicitamos a prorrogação do prazo de abertura da sessão do pregão, tendo em vista que o cenário atual reflete a ocorrência de uma caso de força maior e não se restringe apenas à Siemens, mas à sociedade como um todo.

Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos vossa manifestação.

Atenciosamente,



Franciele Varjão | A serviço da Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

Cel: 11 969232937

Email: francieleteixeira.varjao.ext@siemens-healthineers.com

SHS AM LAM FI DI OTO PS

Av Mutinga, 3800 - 5º andar

CEP: 05110-902 - São Paulo/SP - Brasil



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EDITAL: Pregão 44/2022

OBJETO: Aquisição de APARELHO DE RAIOS X – FIXO DIGITAL E IMPRESSORA DE FILMES RADIOLÓGICOS, em atendimento ao Centro de Apoio Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Monlevade.

SOLICITANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.

Trata-se da análise do pedido de esclarecimento, protocolado tempestivamente pertinente do Pregão em epígrafe, em 13 de julho de 2022.

DOS PLEITOS E RESPOSTAS EMITIDAS PELA UNIDADE TÉCNICA

1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:

Solicita o edital: Alimentação elétrica trifásica 220/380 volts- 50/60 Hz

Argumento Técnico: Informamos ao órgão que o equipamento ofertado pela empresa Siemens Healthineers apresenta rede (tensão de alimentação) trifásico com apenas uma opção de alimentação, a saber, 380 V. Além do mais, caso o órgão solicite tensão de alimentação de 220V, a empresa Siemens Healthcare oferece o trafo em sua configuração. Sendo assim, entendemos que com a solicitação de alimentação trifásica de 220/380V – 50/60 Hz, o órgão solicita equipamentos que operem em 220 V ou 380 V e não necessariamente nas duas tensões. Estamos corretos nesse entendimento?

RESPOSTA: A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SERÁ RETIFICADA, UMA VEZ QUE, RELATÓRIO TÉCNICO ESCLARECEU SER 380 V.

2. **Solicita o edital: Detector (...) adaptável aos equipamentos de raios X analógicos sem que haja necessidade de alteração; Adaptável em qualquer sistema "bucky" para que não necessite alterações no sistema de raios X.**



Argumento Técnico: Informamos que a Siemens garante o perfeito funcionamento do sistema de digitalização no equipamento ofertado, não sendo possível garantir que será possível para sistemas de outros fornecedores. Uma vez que a aquisição é conjunta, entendemos que atendemos a necessidade do órgão e não seremos desclassificados. Estamos corretos?

RESPOSTA: SIM.

3. Solicita o edital: Ferramenta de análise de produção de imagens com análise de rejeição e possibilidade de exportação em arquivo Excel (xls)

Argumento Técnico: Informamos que o equipamento ofertado pela Siemens possui software com marcação de imagens rejeitadas e o motivo da rejeição, para que seja possível realizar análise do desempenho, mas que a exportação para Excel não é possível. Uma vez que essa característica em nada prejudicará o órgão, mas barrará a participação de empresas do certame, solicitamos que o trecho seja retirado do descritivo. Estamos de acordo?

RESPOSTA: A EXIGÊNCIA SERÁ EXCLUÍDA.

4. Solicita o edital: Possibilidade de manipulação pelo usuário de Latitude, Contraste e Brilho independentemente

Argumento Técnico: Informamos que o equipamento ofertado pela Siemens possui software com ajuste de contraste e brilho independentemente, não sendo possível o ajuste de latitude. Consideramos que tais funcionalidades já são suficientes para atender à demanda clínica do órgão e que, portanto, não seremos desclassificados do certame. Estamos corretos nesse entendimento?

RESPOSTA: SERÁ RETIFICADA.



5. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO:

Solicita a convocação: O fornecimento dos equipamentos deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo contratado e acatado pelo Município

Informamos que o equipamento de Raio X fixo digital é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o equipamento de Raio X fixo digital possui partes e peças de procedência estrangeira, tendo em vista que o mesmo não poderá ser atendido por nenhuma das empresas que, ofertem equipamentos importados. Sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

RESPOSTA: SERÁ RETIFICADO

6. QUANTO À CONDIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA:

Solicita a convocação: Substituir as suas expensas, todo produto em que se verificarem danos em decorrência do transporte, com inadequação de conteúdo, fora das marcas cotadas ou outros que caracterizem descumprimento das condições licitadas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente

Informamos que caso os equipamentos apresentem defeitos durante o prazo de garantia, os mesmos serão devidamente **reparados** e não substituídos.

Não faz sentido a substituição imediata do equipamento quando da apresentação de falhas; para tanto, há o prazo de garantia do equipamento.

Ainda, os equipamentos médicos são complexos, de grande porte, com partes e peças de procedência estrangeira e fabricados sob demanda, o que prejudica a logística de substituição e entrega de novos dispositivos.

Ressaltamos que a substituição dos equipamentos ocorrerá apenas em última instância; sendo aplicável somente nos casos em que se realmente constate a impossibilidade de



reparo ou quando o equipamento for entregue em desacordo com as especificações do edital.

Caso seja, de fato, necessário a substituição do equipamento, o prazo necessário para tanto será de 90 (noventa) dias, considerando que este equipamento é fabricado sob demanda, para atender especificamente as exigências do edital, e, portanto, não há estoque para pronta entrega.

RESPOSTA: A SUBSTITUIÇÃO SE DARÁ EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE, COM INADEQUAÇÃO DE CONTEÚDO, FORA DAS MARCAS COTADAS OU OUTROS QUE CARACTERIZEM DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES LICITADAS, PERMANENCENDO O PRAZO PREVISTO EM EDITAL PARA A REFERIDA SITUAÇÃO.

7. QUANTO A NECESSIDADE DE MANUAL DE SERVIÇO/TÉCNICO:

O edital solicita: 6.1.2. A entrega dos equipamentos constando: Dados de identificação e procedência, fabricação, validade, número de lote e número do Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – ANVISA, documento de garantia, manual técnico do usuário em idioma português: (manual de operação, de serviços, esquemas eletrônicos, procedimentos de aferição, calibração (se houver) e de manutenção preventiva).

Informamos que o equipamento de Raio X fixo digital acompanha o Manual de Operação (ANVISA), cujo conteúdo contempla todas as instruções necessárias para a correta operação do equipamento, indicação das principais partes, bem como suas dimensões, características, condições ideais para instalação, limpeza e desinfecção, informação sobre mensagens de erro do sistema e resolução de problemas básicos.

Entendemos que os manuais de serviço e técnico possuem informações como "vista explodida" e "esquemas" são de propriedade intelectual da Siemens, e seu compartilhamento pode representar sérios riscos para a Administração, seus funcionários e pacientes, quando utilizadas sem o devido controle.



Além disso, a Siemens prestará assistência técnica contra qualquer tipo de defeito ou falha que ocorra durante o período de garantia do equipamento, resguardando a Administração no que diz respeito ao correto funcionamento do equipamento.

Podemos entender que a Siemens atende a necessidade da Administração, solicitada em edital, com o exposto acima?

RESPOSTA: SIM.

8. QUANTO A ASSINATURA DA PROPOSTA:

Diante do surto pandêmico do COVID-19 em território nacional e considerando que a situação de contágio tomou proporções relevantes, a Siemens Healthineers, assim como várias outras empresas, por medida preventiva, está adotando o sistema de home office para todos os funcionários, a título de quarentena, o que dificultará a coleta de assinaturas em propostas, bem como envio de documentos originais/autenticados nos processos licitatórios.

Desta forma, solicitamos que para as licitações sejam aceitos documentos enviados em *pdf* por email, bem como propostas e declarações assinadas com assinatura eletrônica.

Caso seja aceita esta sugestão, a Siemens Healthineers se compromete a, passado este período de quarentena, enviar a via física dos documentos originais devidamente assinados (quando for o caso) e ou as cópias autenticadas em Cartório.

Em última instância, caso V. Sas. entendam não ser possível atender a solicitação acima, solicitamos a prorrogação do prazo de abertura da sessão do pregão, tendo em vista que o cenário atual reflete a ocorrência de uma caso de força maior e não se restringe apenas à Siemens, mas à sociedade como um todo.

RESPOSTA: SERÁ RETIFICADA.

João Monlevade, 21 de julho de 2022.

Assinado de forma digital por ERICA MARCIA RABELO SILVA
ARAUJO/05270266628
Data: 2022.07.22 08:43:33 -03'00'

Érica Marcia Rabelo Silva Araújo
Pregoeira